

单一来源采购方式专业人员论证意见

专业人员信息	姓名：张明生	
	职称：高工	
	工作单位：南京市第一医院	
项目信息	项目名称：数字化乳腺机（乳腺钼靶机）和数字化透视摄影X线机（数字胃肠机）维保服务采购项目	
	供应商名称：西门子医疗系统有限公司	
拟采用单一来源采购原因	为保证设备稳定正常的运转，需购买原厂家的维保服务，其他供应商不能提供，只有西门子医疗系统公司能够提供，故申请单一来源采购方式。	
专业人员签字	张明生	日期：2024.5.13

注：本表格中专业人员论证意见由专业人员手工填写。

单一来源采购方式专业人员论证意见

专业人员信息	姓名: <u>孙学</u>	
	职称: <u>孙</u>	
	工作单位: <u>南阳市排口镇社区服务中心二休养所</u>	
项目信息	项目名称: 数字化乳腺机(乳腺钼靶机)和数字化透视摄影X线机(数字胃肠机)维保服务采购项目	
	供应商名称: 西门子医疗系统有限公司	
拟采用单一来源采购原因	设备的核心部件由原厂研发并生产,没有 其他可替代品牌产品,因此备件具有 唯一性。	
专业人员签字		日期: <u>2021.5.13</u>

注: 本表格中专业人员论证意见由专业人员手工填写。

单一来源采购方式专业人员论证意见

专业人员信息	姓名: 章艳	
	职称: 高级工程师	
	工作单位: 南京市江宁区医院	
项目信息	项目名称: 数字化乳腺机(乳腺钼靶机)和数字化透视摄影X线机(数字胃肠机)维保服务采购项目	
	供应商名称: 西门子医疗系统有限公司	
拟采用单一来源采购原因	原厂维保服务从维修人员的配备, 技术的专业性及零配件的货源供给都完全符合医院的要求, 第三方维修服务很难具备人员、技术、零配件等条件。设备的核心部件由原厂研发并生产, 没有其它替代品牌和型号。因此备件具有唯一性。建议单一来源方式采购。	
专业人员签字	章艳	日期: 2024.5.13

注: 本表格中专业人员论证意见由专业人员手工填写。