

单一来源采购方式专业人员论证意见

专业人员信息	姓名: 刘加林	
	职称: 高工	
	工作单位: 东南大学	
项目信息	项目名称: 东软NeuViz 64 E ₀ 型螺旋CT球管	
	供应商名称: 江苏长景光电生物科技有限公司	
专业人员论证意见	本次拟采购产品属于原采购螺旋CT设备的球管更换, 由于CT设备精密度高, 为了确保配件更换不影响整体设备系统性能, 保证数据的稳定性和可靠性, 相关产品具有不可替代性, 建议通过单一来源方式进行采购。	
专业人员签字	刘加林	日期: 2025年7月28日

单一来源采购方式专业人员论证意见

专业人员信息	姓名: 沈应松	
	职称: 硕士 2	
	工作单位: 江苏省消防救援总队	
项目信息	项目名称: 新 NeuViz 64 In 型螺旋CT球管	
	供应商名称:	
专业人员论证意见	更换原厂的配套球管具有更好的匹配性, 对设备的精准度和性能更好, 更有利于设备使用寿命。 建议采用单一来源方式采购。	
专业人员签字	沈应松	日期 2025年7月8日

单一来源采购方式专业人员论证意见

专业人员信息	姓名: 王涛	
	职称: 正	
	工作单位: 江苏省中医院	
项目信息	项目名称: 东软 NeuViz64In型螺旋CT球管	
	供应商名称:	
专业人员论证意见	因所购设备为东软 NeuViz64In型螺旋CT, 该设备的维修以及球管更换必需符合CFDA注册指标, 目前只有原厂能够完全掌握调试、维修保养及硬件、软件的专业技能, 建议从原厂采购。	
专业人员签字	王涛	日期 2022年7月28日