

附件

单一来源采购方式专业人员论证意见

专业人员信息	姓名: 史蓓	
	职称: 工程师	
	工作单位: 东南大学附属中大医院	
项目信息	项目名称: 南京市雨花台区西善桥社区卫生服务中心电子肠镜采购项目	
	供应商名称: 铜陵达益医疗器械有限公司	
专业人员论证意见	一. 电子肠镜属于医学专用设备, 设备精度要求较高。该单位现有电子胃肠镜系统为奥林巴斯品牌, 因此, 只能兼容奥林巴斯同品牌电子肠镜, 非原厂设备与医院现有主机无法匹配使用。医院原有1根肠镜已无法满足日益增长的患者需求, 需补充同品牌全新肠镜。 二. 铜陵达益医疗器械有限公司是奥林巴斯品牌在本项目中唯一授权经销商。 综上, 根据《政府采购法》第三十一条第一项规定, 建议以单一来源采购方式选择铜陵达益授权经销商为本项目供应商, 品牌: 奥林巴斯。	
专业人员签字	史蓓	日期 2025年9月19日

注: 本表格中专业人员论证意见由专业人员手工填写。



附件

单一来源采购方式专业人员论证意见

专业人员信息	姓名:	胡益斌
	职称:	副主任医师
	工作单位:	江苏省人民医院
项目信息	项目名称:	南京市雨花台区西善桥社区卫生服务中心电子肠镜采购项目
	供应商名称:	铜陵达益医疗器械有限公司
专业人员论证意见	该院现使用的电子胃肠镜系统为奥林巴斯品牌。随着数量增多,1枚肠镜已无法满足临床需求,急需补充配套同品牌的全新肠镜。因此只能兼容奥林巴斯品牌的电子胃肠镜,非同品牌之肠镜与该院现有的主机无法匹配使用。建议采用单一来源采购,选择奥林巴斯品牌产品在该项目中唯一授权经销商铜陵达益医疗器械有限公司为本项目肠镜的供应商。	
专业人员签字	胡益斌	日期 2015 年 9 月 19 日

注:本表格中专业人员论证意见由专业人员手工填写。



附件

单一来源采购方式专业人员论证意见

专业人员信息	姓名: 朱晔	
	职称: 高工	
	工作单位: 鼓楼医院(退休)	
项目信息	项目名称: 南京市雨花台区西善桥社区卫生服务中心电子肠镜采购项目	
	供应商名称: 铜陵达益医疗器械有限公司	
专业人员论证意见	1) 本项目已获得商财政厅政府采购管理处同意进口产品审核批复; 2) 由于该设备属于专用医用检查设备, 价格贵, 设备精度要求高。现有电子胃肠镜系统为奥林巴斯, 只能兼容奥林巴斯同品牌电子肠镜, 非原厂设备与医院现有主机, 无法匹配使用。医院原有1根肠镜, 随着患者数量增多, 1根肠镜已无法满足使用需求, 为保障诊疗需要, 急需补充配套的同品牌全新肠镜。 3) 铜陵达益医疗器械有限公司是奥林巴斯品牌产品在本项目中唯一授权经销商。 4) 综上, 根据《政府采购法》第三十一条第一款之规定, 拟以单一来源采购方式选择以上授权经销商为本项目服务供货。	
专业人员签字	朱晔	日期: 2025年9月19日

注: 本表格中专业人员论证意见由专业人员手工填写。

