

政府采购专家论证意见



一、基本情况	
申请单位	苏州大学附属第一医院
拟采购产品名称	多粒子治疗装置
拟采购产品金额	55000 万元×1 套=55000 万元
采购项目所属项目名称	多粒子治疗装置
采购项目所属项目金额	RMB55000 万元

二、专家论证意见


本项目招标公告的发布时间及相关程序符合法律法规的规定，经过两次公开招标后，实质性响应供应商只有一家，即“兰州泰基离子技术有限公司”。

专家组对采购文件进行了审查：此次拟采购的多粒子治疗装置拟为建设苏州市肿瘤综合防治中心使用，打造多粒子治疗与转化中心，多粒子治疗装置提供碳离子用于治疗，还应具备多粒子扩展功能，采购人拟采购该设备的需求属实。本项目采购文件中的供应商资格要求、技术指标及功能要求、售后服务要求、评标办法和评分标准等内容未发现有不合理、排他性条款。

专家组对兰州泰基离子技术有限公司投标文件进行了审查：认定该其实质性响应招标文件要求。

综上所述：专家组一致认为此次公开招标文件未见不合理条款、未见排他性、歧视性条款，符合公开招标转单一来源的申请条件。

专 家 签 字：


 2025年 5 月 14 日

政府采购（姓名 韩颖）专家论证意见

一、基本情况	
申请单位	苏州大学附属第一医院
拟采购产品名称	多粒子治疗装置
拟采购产品金额	55000 万元×1 套=55000 万元
采购项目所属项目名称	多粒子治疗装置
采购项目所属项目金额	RMB55000 万元
二、专家论证意见	
多粒子治疗装置的技术要求高，涉及设备的制造、安装、调机、临床试治、操作培训等多个环节，目前国内能够独立完成全套解决方案的供应商仅有苏州泰基离子技术有限公司一家，而且该公司是目前国内唯一一家取得NMPA医疗器械注册证书的重离子治疗系统生产销售企业。	
专家签字： 韩颖 2025 年 5 月 14 日	

政府采购（姓名 严涛）专家论证意见

一、基本情况	
申请单位	苏州大学附属第一医院
拟采购产品名称	多粒子治疗装置
拟采购产品金额	55000 万元 × 1 套 = 55000 万元
采购项目所属项目名称	多粒子治疗装置
采购项目所属项目金额	RMB55000 万元

二、专家论证意见	
此次公开招标设定的一般资格条件为：“满足《中华人民共和国政府采购法》第21条规定的要求”；特定资格要求为“具有医疗器械经营资格”。上述要求符合政府采购相关法律法规要求，不存在排他性或歧视性要求。	
专家签字：	严涛
2025 年 5 月 14 日	

政府采购（姓名 顾国）专家论证意见

一、基本情况	
申请单位	苏州大学附属第一医院
拟采购产品名称	多粒子治疗装置
拟采购产品金额	55000 万元×1 套=55000 万元
采购项目所属项目名称	多粒子治疗装置
采购项目所属项目金额	RMB55000 万元
二、专家论证意见	
此次公开招标设定的售后服务要求（交付期限、验收、培训、质保期期限、运行维护、通用操作培训要求等）均是为满足采购人开展临床诊断及科研工作的需要，旨在打造国内一流、国际先进的多粒子基础研究、人才培养、临床研究为一体的临床、教学、科研、应用及肿瘤治疗中心。因此，不存在排他性或歧视性要求。	
专家签字： <u>顾国</u> 2025 年 5 月 14 日	

政府采购（姓名 周利）专家论证意见

一、基本情况

申请单位	苏州大学附属第一医院
拟采购产品名称	多粒子治疗装置
拟采购产品金额	55000 万元×1套=55000 万元
采购项目所属项目名称	多粒子治疗装置
采购项目所属项目金额	RMB55000 万元

二、专家论证意见

此次公开招标文件及评标办法及评分标准在《中华
人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法
实施条例》、《政府采购货物和服务招标投标管理办法》。
《关于促进中小企业发展的政府采购政策的通知》要求，
设标人应给予中小企业的优惠：产品或服务价格给予
一定的折扣。该优惠政策与《招标投标法》相抵触，不符
合招标投标法或政府采购法的规定。（经审查，兰州泰基
公司投标文件中只有一项投标文件在资格材料，其他均
不符合招标文件的要求，商务标被否决且自交保证金后未予
退还。）

专家签字:

訂正

2015 年 5 月 / 4 日

政府采购（姓名 俞杰）专家论证意见

一、基本情况	
申请单位	苏州大学附属第一医院
拟采购产品名称	多粒子治疗装置
拟采购产品金额	55000 万元×1 套=55000 万元
采购项目所属项目名称	多粒子治疗装置
采购项目所属项目金额	RMB55000 万元
二、专家论证意见	
采购人拟购置多粒子治疗装置 既可提供碳离子用于临床治疗，还可提供质子、氦离子、氧离子进行科学研究。碳离子束属于高 LET 射线，具有常规放疗难以比拟的深度剂量分布和生物效应等优势，特别适合于不宜手术、对常规射线敏感、难治性肿瘤的治疗。是目前国际上肿瘤放疗领域的最先进技术。布局多离子转化中心，能抢占区域布局先机，充分利用中心学科及医疗优势，不仅能提供准确高效的放疗治疗临床服务，进一步完善医院的肿瘤多层次治疗体系，同时也能进行重大疾病防治、复杂疑难病例诊治、临床研究和放疗治疗技术研发等。 专家签字： <u>俞杰</u> 2025 年 5 月 / 4 日	

政府采购（姓名 甘行辉）专家论证意见

一、基本情况	
申请单位	苏州大学附属第一医院
拟采购产品名称	多粒子治疗装置
拟采购产品金额	55000 万元 × 1 套 = 55000 万元
采购项目所属项目名称	多粒子治疗装置
采购项目所属项目金额	RMB55000 万元
二、专家论证意见	
X射线、γ射线等常规放射治疗在恶性肿瘤治疗上是有较好的疗效，但由于它们的物理特性和生物特性的缺陷，在杀死癌细胞的同时，周围健康组织也受到较大损伤，造成了明显的副作用，甚至出现了一些并发症。质子重离子放射治疗的独特Bragg峰特性，在Bragg峰区域形成的高剂量损失密度使得这一局部细胞的DNA产生双链断裂的几率非常高，不容易修复，可有效杀死肿瘤细胞。而在非Bragg峰的区域，由于较低的剂量密度，造成的DNA单链断裂容易修复，以保证对肿瘤杀伤作用最大。另外，针对那些具有辐射抗性的肿瘤，例如黑色素瘤、复发性直肠癌也具有好的疗效。 专家签字：甘行辉 2015 年 5 月 14 日	

政府采购（姓名王利利）专家论证意见

一、基本情况

申请单位	苏州大学附属第一医院
拟采购产品名称	多粒子治疗装置
拟采购产品金额	55000 万元×1 套=55000 万元
采购项目所属项目名称	多粒子治疗装置
采购项目所属项目金额	RMB55000 万元

二、专家论证意见

目前周边城市只有上海有一家重离子医院，成立10年来累计治疗病人超过8000余例，而江苏省内各医院目前尚未有重离子治疗装置。因此，本次公开招标文件中设定的技术指标及功能要求均是从采购人为了肿瘤放射治疗先进技术、开展前沿粒子研究、完善城市功能不可或缺的重要内容等方面出发而设定，不存在排他性或歧视性要求。

专家签字：王利利

2025 年 5 月 / 4 日



政府采购论证专家情况表

论证产品名称:

多粒子治疗装置

2025年 5月 4日

序号	姓名	身份证号码	工作单位	职务	专业 (评审 类别)	职称	联系电话	是否 属专 家库
1	金进	320102197210131282	苏州科技城医院	主任	医用X线设备	主任技师	17706216609	是
2	魏黎	340202196005032028	苏州市中医院	影像学医师	医用X线设备	副主任医师	13862577650	是
3	顾涛	330106197002304344	苏大附院	主任 副主任医师	医用X线设备	商工	1345569266	是
4	顾国	320502197012015111	苏州市海悦医院	无	医用X线设备	主任医师	13862116377	是
5	顾军	32050019560505052	苏州市海悦医院	无	医用X线设备	主任医师	1896216871	是
6	王利利	40321197511170025	苏大附一院	放射科副主任	放射医学	主任医师	13814875155	是
7	叶卫	362430199010081110	苏大附一院	无	放射医学	主任医师	1550406630	是