

合 同

项目名称：高邮市西城社区卫生服务中心血液透析设备一批（第二次）项目

编 号：JSZC-321084-HWZX-G2025-0248

甲方（采购人/买方）：高邮市西城社区卫生服务中心

乙方（投标人/卖方）：江苏泽越科技有限公司

见证方：江苏海外集团国际工程咨询有限公司

根据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国民法典》等法律法规的规定，

甲乙双方按照江苏海外集团国际工程咨询有限公司关于本项目招标结果签订本合同。

1、合同标的

乙方根据甲方需求，提供下列货物：血液透析设备一批。

货物名称、规格及数量见下表：

1	2	3	4	5	6
产品名称及规格、型号	数量	品牌	交付期	单价	总价
血液透析滤过机 NCU-18	4 台	尼普洛	合同签订 后 30 日内	188000.00	752000.00
血透机 4008S version V10	16 台	费森尤斯		117500.00	1880000.00
血液透析配套水处理系统 DKL-NH3-R	1 套	康仑		298000.00	298000.00
血液透析配套软件(工作站) TDMS+	1 套	费森尤斯		350000.00	350000.00
合计	小写：¥ 3280000.00 大写：叁佰贰拾捌万元整				

2、合同总金额

2.1 本合同金额为（大写）：叁佰贰拾捌万元整，人民币（¥ 3280000.00 元）。

2.2 本合同总金额包括所乙方提供货物的产品费用、安装费、验收费、维护费用、税金

及其他有关的为完成本项目发生的所有费用，采购文件中另有规定的除外。

2.3 在采购文件未列明，而乙方认为履行本合同必需的费用也包含在合同总金额中。

2.4 本合同总金额还包含乙方提供的伴随服务/售后服务费用。

2.5 本合同签订后：甲方需追加与合同标的相同的货物和服务的，在不改变合同其他条款的前提下，可以与乙方协商签订补充合同，但所有补充合同的增加的金额不超过原合同金额的10%；甲方若由于各种客观原因，必须对采购项目所牵涉的货物和服务进行适当的减少时，在与乙方协商一致后，可以按照招标采购时的价格水平做相应的调减，并据此签订补充合同；除上述情况外，本合同执行期间合同总金额不变。

3、组成本合同的有关文件

3.1 乙方应按采购文件规定的时间向甲方提供使用货物的有关技术资料。

3.2 没有甲方事先书面同意，乙方不得将由甲方提供的有关合同或任何合同条文、规格、计划、图纸、样品或资料提供给任何其他人。即使向履行本合同有关的人员提供，也应注意保密并限于履行合同的必需范围。

3.3 关于本项目政府采购的招投标文件或与本次采购活动方式相适应的文件及有关附件是本合同不可分割的组成部分，这些文件包括但不限于：

- (1) 投标响应文件；(2) 投标产品配置与报价文件；
- (3) 供货一览表；(4) 技术参数响应表；
- (5) 服务承诺；(6) 中标通知书；
- (7) 甲乙双方补充协议；(8) 乙方投标时提供的响应文件。

4、知识产权保证

乙方保证甲方在使用、接受本合同货物和服务或其任何一部分时，不受第三方提出侵犯其专利权、版权、商标权和工业设计权等知识产权的起诉。一旦出现侵权，由乙方负全部责任。

5、产权保证

乙方保证所交付的货物的所有权无任何抵押、查封等权利瑕疵。

6、转包或分包

6.1 本合同禁止转包，本合同范围的货物，应由乙方直接供应的，不得转让他人供应。

6.2 经甲方同意，乙方可以依法采取分包方式履行合同，但是分包方式履行的，乙方应就采购项目向甲方负全责。

7、质保期

7.1 质保期年（自交付验收合格之日起计）3 年（以投标文件为准）

8、项目完成期、实施地点

8.1 项目完成期：合同签订后 30 日历日

8.2 实施地点：扬州市高邮市府前街 116 号高邮市西城社区卫生服务中心

9、货款支付

9.1 本合同项下所有款项均以人民币支付。

9.2 本合同项下的采购资金由甲方支付，每笔款项支付前，乙方必须提供收款单位与本合同签订单位一致的正规、等额、合法、有效的增值税发票及验收单、入库单等办理相关支付手续的报审资料；款项的支付需经甲方代表签字并盖章后支付。

9.3 付款方式：合同签订后收到中标人全款发票后 10 个工作日内支付合同总额的 30%，货到验收合格后 10 个工作日内支付合同总额的 60%，验收合格满一年后 10 个工作日内付清剩余 10%。

10、税费

本合同执行中相关的一切税费均由乙方负担。

11、质量保证及售后服务

11.1 乙方应按采购文件规定及响应文件承诺的货物性能、技术要求、质量标准向甲方提供未经使用的全新产品；若技术性能无特殊说明，则按国家有关部门最新颁布的标准及规范为准。

11.2 乙方应保证其提供的货物在正确安装、正常使用和保养条件下，在其使用寿命内具有良好的性能。货物验收后，在质量保证期内，乙方应对由于设计、工艺或材料的缺陷所发生的任何不足或故障负责，所需费用由乙方承担。

11.3 乙方提供的货物在质保期内因货物本身的质量问题发生故障，乙方应负责免费更换。对达不到技术要求者，根据实际情况，经双方协商，可按以下办法处理：

(1)更换：由乙方承担所发生的全部费用。

(2)贬值处理：由甲乙双方协议定价。

(3)退货处理：乙方应退还甲方支付的合同款，同时应承担该货物的直接费用（运输、保险、检验、货款利息及银行手续费等）。



11.4 如在使用过程中发生质量问题，乙方在接到甲方通知后在小时内到达甲方现场。

11.5 在质保期内，乙方应对货物出现的质量及安全问题负责处理解决并承担一切费用。

11.6 上述的货物免费保修期 3 年（以投标文件为准），因人为因素出现的故障不在免费保修范围内。超过保修期的机器设备，终生维修，维修时只收部件成本费。

12、交付、调试和验收

12.1 乙方应当在合同生效后 30 天内（以投标文件为准）将货物交付甲方，地点由甲方指定，采购文件有约定的，从其约定。在发货前，乙方应对产品作出全面检查和对验收文件进行整理，并列出清单，作为甲方收货初验收和使用的技术条件依据，检验的结果应随货物交甲方。

12.2 甲方对乙方提交的货物依据采购文件上的技术规格要求和国家有关质量标准进行现场初步验收，外观、说明书、包装符合采购文件技术要求的，给予签收，初步验收不合格的不予签收。

12.3 乙方按照采购文件要求负责产品安装并培训甲方的使用操作人员，乙方在甲方使用前进行调试，调试直到符合技术要求的甲方才做最终验收。

12.4 对技术复杂的货物，甲方可请国家认可的专业检测机构参与初步验收及最终验收，并由其出具质量检测报告。验收时乙方必须到现场，验收完毕后作出验收结果报告；若聘请第三方中立机构验收，验收费用由甲乙双方协商解决。

12.5 甲乙双方关于调试和验收的其他约定：。

13、货物包装、发运及运输

13.1 乙方应在货物发运前对其进行满足运输距离、防潮、防震、防锈和防破损装卸等要求包装，以保证货物安全运达甲方指定地点。

13.2 乙方发货时，产品使用说明书、检验证明书、随配附件和工具以及清单一并附于货物内。

13.3 乙方在货物发运手续办理完毕后 24 小时内或货到甲方 48 小时前通知甲方，以准备甲方接货。根据甲方通知的时间和指定的地点，乙方负责安排送货、装卸、清点、堆放，设备初验收合格前的保管工作由乙方负责，费用乙方承担。

13.4 货物在交付甲方前发生的风险均由乙方负责。

13.5 货物在规定的交付期限内由乙方送达甲方指定的地点，经初步验收即视为货物交付。

14、违约责任

14.1 甲方无正当理由拒绝初验收和终验收货物的，甲方应按未付货款金额每日万分之五向乙方支付违约金。

14.2 甲方无故逾期验收和无故逾期办理货款支付手续的，甲方应按逾期付款金额每日万分之五向乙方支付违约金。

14.3 乙方违约，在消除违约情形前，应按货款总额每日万分之五向甲方支付违约金，甲方可以从待付货款中扣除。

14.4 乙方因逾期交付或因其他违约行为，导致甲方解除合同的，乙方应向甲方支付合同总值 5%的违约金，如造成甲方损失超过违约金的，超出部分由乙方继续承担赔偿责任。

14.5 乙方所交的货物全部或部分品种、型号、规格、技术参数、质量不符合合同规定及采购文件规定标准的，乙方更换货物但逾期交付的（甲方拒绝接受的除外），按乙方逾期交付处理；乙方拒绝更换货物的，甲方可选择解除本合同或本合同的一部分，并可追究乙方的其他违约责任。

14.6 合同生效后，发现乙方投标属虚假承诺，或经权威部门监测提供的货物不能满足采购文件要求，造成合同无法继续履行的，乙方应向甲方支付不少于合同总价 60%赔偿金。

15、不可抗力事件处理

15.1 在合同有效期内，甲乙双方因不可抗力事件导致不能履行合同，则合同履行期可延长，其延长期与不可抗力影响期相同。不可抗力，是指不能预见、不能避免且不能克服的客观情况，例如战争、严重的地震、洪水等，但一方违约或疏忽导致合同不能履行的不属于不可抗力因素。

15.2 不可抗力事件发生后，应立即通知对方，并寄送有关权威机构出具的证明。除甲方书面另行要求外，乙方应尽实际可能继续履行合同义务，以及寻求采取合理的方案履行不受不可抗力影响的其他事项。若不可抗力事件延续 120 天以上，双方应通过友好协商，确定是否继续履行合同。

16、争议解决

16.1 因货物的质量问题发生争议的，可在国家认可的质量检测机构对货物质量进行鉴定。货物符合标准的，鉴定费由甲方承担；货物不符合质量标准的，鉴定费由乙方承担。

16.2 因履行本合同引起的或与本合同有关的争议，甲、乙双方应首先通过友好协商解决；如果协商不能解决争议，甲乙双方约定，按下列第（1）种方式解决争议：

(1) 将争议提交扬州仲裁委员会申请仲裁;

(2) 依法向合同履行地的人民法院提起诉讼。

16.3 若甲乙双方任何一方都没有选择解除合同的, 为避免扩大损失, 在诉讼期间, 双方应继续履行。

17、合同其它

17.1 乙方应诚实信用, 严格按照采购文件要求和投标承诺履行合同, 不向甲方进行商业贿赂或者提供不正当利益。

17.2 合同经双方法定代表人或授权代表签字并加盖单位公章, 并经江苏海外集团国际工程咨询有限公司见证盖章后生效。

17.2 本合同未尽事宜, 遵照《民法典》有关条文执行。

17.3 本合同正本一式陆份, 具有同等法律效力, 甲方肆份, 乙方壹份, 见证方壹份。

甲方: 高邮市西城社区卫生服务中心

地址: 扬州市高邮市府前街 116 号

法定代表人或授权代表:

联系电话:

日期: 2025 年 7 月 7 日

乙方: 江苏泽越科技有限公司

地址: 建湖县高新区智慧产业园 A 区 4 号

楼 1 楼 A4102 室

法定代表人或授权代表:

联系电话: 15251151606

日期: 2025 年 7 月 2 日

见证方: 江苏海外集团国际工程咨询有限公司

项目经办人: 熊文宇

日期: 年 月

NCU-18血滤机主要功能配置
安全监测功能（气泡、漏血、肝素、温度、电导度等）
ONLINE在线血液透析滤过
应急处置按键
热消或化消功能
透析液流量自动联动血流量
置换液流量自动联动血流量
配备血压计
B干粉支架
细菌过滤器泄漏检测功能
预估患者治疗KTV曲线
自动双向引血
一次性补液注入功能
UPS后备电源
自动排液功能
透析液自动节流功能
A/B液吸管联机冲洗功能
原液罐台
清洗液罐架
动/静脉壶液面自动调整
序贯透析程序
A/B原液程序
UF程序
耗材开放

设备配置清单

设备名称：费森尤斯 4008S Version V10 （血液透析机）

序号	名称	品牌规格	生产厂家	单位	数量	备注
1	电源	德国费森尤斯	费森尤斯医药用品股份及两合公司	套	1	
2	备用电源	德国费森尤斯	费森尤斯医药用品股份及两合公司	套	1	
3	血泵	德国费森尤斯	费森尤斯医药用品股份及两合公司	只	1	
4	肝素泵	德国费森尤斯	费森尤斯医药用品股份及两合公司	只	1	
5	动脉压监测装置	德国费森尤斯	费森尤斯医药用品股份及两合公司	套	1	
6	静脉压监测装置	德国费森尤斯	费森尤斯医药用品股份及两合公司	套	1	
7	漏血检测器	德国费森尤斯	费森尤斯医药用品股份及两合公司	只	1	
8	空气检测器	德国费森尤斯	费森尤斯医药用品股份及两合公司	只	1	
9	加热装置	德国费森尤斯	费森尤斯医药用品股份及两合公司	套	1	
10	透析液供给装置	德国费森尤斯	费森尤斯医药用品股份及两合公司	套	1	
11	超纯透析装置	德国费森尤斯	费森尤斯医药用品股份及两合公司	套	1	
12	超滤装置	德国费森尤斯	费森尤斯医药用品股份及两合公司	套	1	
13	清洗/消毒装置	德国费森尤斯	费森尤斯医药用品股份及两合公司	套	1	
14	数据处理系统	德国费森尤斯	费森尤斯医药用品股份及两合公司	套	1	

设备配置规格

品 牌 型 号		DKL-NH3-R1	生产国·产地·厂家	大连康仑
产 水 量 25℃		1200L/h	离 子 去 除 率	99%
工 作 电 压		AC380V	总 功 率	48kw
主要部件		品牌	技术参数	
主 机	一级反渗透泵	格兰富	CR5 系列, 1 台	
	一级反渗透膜	海德能（原装进口）	8040 膜 2 根 工作压力 150P.S.I	
	二级反渗透泵	格兰富	CR3 系列, 1 台	
	二级反渗透膜	海德能（原装进口）	8040 膜 1 根 工作压力 150P.S.I	
	不锈钢膜壳	康仑	8040 膜壳 3 套 不锈钢	
	智能电控部分	西门子	独立控制程序, 1 套	
	智能操作系统	台达	10 寸触摸屏, 自主研发程控程序	
	电气元件	施耐德/ABB	断路器、中继器、热继等, 1 套	
	主机机架	康仑	304 不锈钢, 1 台	
	主机电控箱	康仑	碳钢, 主机集成, 1 台	
	电动球阀	东奥	304 不锈钢, 2 套	
	压力传感器	知名品牌	1 套	
	流量传感器	知名品牌	1 套	
	循环水箱	康仑	120L	
	恒压供水装置	斯得宝	1 套	
	主机安装材料	SUS316/304	不锈钢管材、管件、阀门, 1 套	
预 处 理	保安过滤器	CCK	1 芯×20 寸 5μ PVC, 2 套	
	前级加压泵	格兰富	CM5 系列, 自带变频, 1 台	
	砂滤罐	唯赛勃	1 个, 耐压 150PSI	
	砂滤罐控制头	滨特尔	1 套	
	活性炭罐	唯赛勃	1 个, 耐压 150PSI	
	活性炭罐控制头	滨特尔	1 套	
	软化罐	唯赛勃	1 个, 耐压 150PSI	
	软化罐控制头	滨特尔	1 套	
	精密过滤器	CCK	1 芯×20 寸 5μ PVC, 1 套	
热 消 毒	加热器	康仑	1 套	
	循环泵	格兰富	CM3 系列, 1 台	
	智能电控部分	台达	独立控制程序, 1 套	
	智能操作系统	台达	10 寸触摸屏, 1 套	
	电气元件	施耐德/ABB	断路器、接触器等, 1 套	
	主机机柜	康仑	碳钢喷塑, 1 套	



	设备管路	康仑	不锈钢焊接，1 套
	后级供水管路	知名品牌	不锈钢



血透信息系统 详细配置清单			
序号	名称		备注（标配或选配）
1	服务器	血透系统数据存储服务器	选配
2	自助称重	一体机电脑（挂壁式）	选配
3		扫码设备（扫条码设备、人脸机）2选1	选配
4		体重秤（支数据传输）例如赛康	选配
5		USB转RS232线	选配
7		一体机支架	选配
8		有线网口	选配
9		电源	选配
10	自助血压	一体机电脑	选配
11		扫码设备（扫条码设备、人脸机）2选1	选配
12		血压计（支持数据传输）例如：欧姆龙	选配
13		USB转RS232线	选配
14		有线网口	选配
15		电源	选配
16	呼叫大屏	电视机	选配
17		微型主机（迷你PC）	选配
18		HDMI/VGA线	选配
19		有线网口	选配
20		电源	选配
21	血透机费森	费森5008S	联机服务标配
22		UDL	
23		患者卡	
24		管理员卡	
25		制卡器	
26		网线	
27	第三方机器联	贝朗（已医院实际的血透机品牌为准）	
28	机	专用联机线（已医院实际的血透机品牌为准）	
29	移动查房、护	平板电脑（华为）	选配
30	理	无线网（医院搭建无线、有线网络环境）	选配

