

## 单一来源采购方式专业人员论证意见

专业人员 个人信息	姓 名:	蔡伟强	
	职 称:	高工	
	工作单位:	有价机电医院	
项目信息	项目名称:	螺旋断层放射治疗系统	
	供应商名称:	江苏鸿芝嘉医疗器械有限公司	
专业 人员 论 证 意 见	<p>螺旋断层放射治疗系统(TOMO)是放疗领域先进的治疗系统之一。采用同层双束技术,可在治疗前进行螺旋CT扫描并获得相当清晰且无金属伪影的治疗三维(3D)断层影像,成像中心于治疗中心零误差,它是唯一一款治疗范围最广的设备。由于此款设备一直由市场被列入国家卫健委大型医用设备甲类管理目录,其设备功能强大,技术复杂,具有唯一性和不可替代性,且国家卫健委也一直按单一来源统一程序采购。</p> <p>故建议此设备采用单一来源方式采购。</p>		
专业人员 签 字	日 期	2023年12月29日	

注:本表格中“专业人员论证意见”需由专业人员手工填写,且论证意见应当完整、清晰和明确的表达从唯一供应商处采购的理由。



## 单一来源采购方式专业人员论证意见

专业人员 个人信息	姓 名:	许永平		
	职 称:	主任医师		
	工作单位:	南京市儿童医院		
项目信息	项目名称:	螺旋断层放射治疗系统		
	供应商名称:	江苏鸿芝嘉医疗器械有限公司		
专 业 人 员 论 证 意 见	<p>该院拟采购的TOMO是唯一一款将                  医用直线加速器与现代高精度螺旋CT                  进行有机结合,且可以实现同源双束影像                  验证的放射治疗设备。其具有治疗范围                  广,功能强大,技术复杂;具有唯一性和                  不可替代性,国家卫健委也一直按照单                  一来源采购的。故建议此设备采用                  单一来源采购。</p>			
专业人员 签 字	日 期	2023年11月24日		

注：本表格中“专业人员论证意见”需由专业人员手工填写，且论证意见应当完整、清晰和明确的表达从唯一供应商处采购的理由。



## 单一来源采购方式专业人员论证意见

专业人员 个人信息	姓 名:	梁	
	职 称:	副主任医师	
	工作单位:	江苏省中医院	
项目信息	项目名称:	螺旋断层放射治疗系统	
	供应商名称:	江苏鸿芝嘉医疗器械有限公司	
专业 人员 论 证 意 见	<p>Tomotherapy是一款将医用直线加速器与现代CT扫描器集成在一起的综合性治疗系统。可以实现切片剂量精准验证的放射治疗设备。其功能强大、技术复杂。具有唯一性和不可替代性。国家卫生健康委《放射治疗设备采购管理办法》中规定：放射治疗设备采购实行单一来源采购。因此，本项目拟采购螺旋断层放射治疗系统，建议采用单一来源采购。</p>		
专业人员 签 字	梁	日 期	2023年12月29日

注：本表格中“专业人员论证意见”需由专业人员手工填写，且论证意见应当完整、清晰和明确的表达从唯一供应商处采购的理由。

