


表 3

政府采购进口产品专家论证意见	
一、基本情况	
申请单位	江苏省疾病预防控制中心（江苏省公共卫生研究院）
拟采购产品名称	医用防护口罩定性适合性检验工具、智能化高精度风速仪
拟采购产品金额	约人民币 75 万元
采购项目所属项目名称	感控检测仪器采购项目
采购项目所属项目金额	/
二、申请理由	
<input type="checkbox"/> 1. 中国境内无法获取：	
<input type="checkbox"/> 2. 无法以合理的商业条件获取：	
<input checked="" type="checkbox"/> 3. 其他。	
原因阐述： <p>1、为满足结核病感染控制工作中环境工程检测的需求，我单位拟采购智能化高精度风速仪项目，现市场调研进口产品可满足量程 0.15- 30 m/s，0- 99999 m3 /h，精确度 0.15- 3 m/s，且可实现自动计算平均值等功能。目前国产同类产品较少，进口产品性能优于国内同类产品，且为了引入竞争，故申请购置进口产品。</p> <p>2、为保障结核病感染控制中医务人员个人防护装备的需求，促进医务人员正确选择和使用医用防护口罩，目前我单位拟采购医用防护口罩定性适合性检验工具，用于医务人员医用防护口罩适合性检验。现市场调研进口产品操作简便、敏感性较强，且可满足不损坏口罩等要求。目前国产同类产品较少，进口产品性能优于国内同类产品，且为了引入竞争，故申请采购进口的。</p>	
三、专家论证意见	
<p>该设备属于非限制进口仪器，符合国家相关进口产品的法律规定。因此基于满足本次招标人工作的需要，专家组同意采购单位的申请，上述申购产品均符合《政府采购进口产品管理办法》第七条的规定，建议购置该进口产品，以满足项目的实际要求。</p> <p>专 家 签 字：  2020 年 9 月 15 日</p>	